

eSTUDNA2-KABxx

Uživatelský návod

1. Úvod

eSTUDNA2-KABxx se používá v případě, pokud potřebujete větší vzdálenost mezi čidlem a vyhodnocovací jednotkou eSTUDNA2.

Obchodní balení se skládá z prodlužovacího dvoužilového pryžového kabelu a instalační krabičky s krytím IP65.



Možné varianty:

eSTUDNA2-KAB0 = bez kabelu, pouze instalační krabička a samostatná kabelová koncovka, vhodné pro použití vlastního kabelu

eSTUDNA2-KAB5 = délka kabelu 5 m

eSTUDNA2-KAB10 = délka kabelu 10 m

eSTUDNA2-KAB20 = délka kabelu 20 m

Průměr koncovky na kabelu je 29mm.

2. Technické parametry

Pokud potřebujete umístit vyhodnocovací jednotku dál od čidla, použijte prodlužovací kabely **eSTUDNA2-KABxx**. Sada obsahuje kabel s konektorem do vyhodnocovací jednotky (1) a instalační krabici s vyrovnávacím ventilem tlaku (2) konektorem pro připojení čidla výšky hladiny (3).




Parametr		MIN.	TYP	MAX	Jednotka
Rozměry (bez kabelu)	Šířka		170		mm
	Výška		90		mm
	Hloubka		50		mm
Kabel			2x 0,75		mm
Koncovka	Průměr		29		mm
Krytí			IP65		
Teplota	Provozní	-20		+45	°C

Prodlužovací kabel je možné uvnitř krabice odpojit ze šroubovací svorky, aby bylo možné protáhnout kabel např. skrz připravenou chráničku. Při zapojování zpět dbejte správné polaritě žil.

Instalační krabici je třeba instalovat tak, aby vyrovnávací ventil směřoval dolů.



Pro montáž na stěnu jsou určeny 4 montážní otvory. V každém předpřipraveném otvoru je již vloženo gumové těsnění, vrtuty jsou součástí balení.



3. Bezpečnostní doporučení

- Zařízení je smí instalovat pouze osoba s dostatečnou elektrotechnickou kvalifikací.
- Do zařízení nesmí vniknout vlhkost. Je třeba pečlivě dotáhnout průchodky na kabely, dotáhnout šrouby na víčku krabice.
- Jednotka musí být namontována tak, aby ventil pro vyrovnání tlaku směřoval dolů.

4. Servis a údržba

Zařízení je bezúdržbové. Doporučujeme vždy na začátku jarní sezóny zkontrolovat, že všechny průchodky jsou správně dotaženy, kabel od čidla není nikde přelomený nebo poškozený a v instalační krabičce nejsou známky vlhkosti.

Servisním místem je SEA spol. s r.o., Dolnoměcholupská 1537/21, 102 00 Praha 10.

5. Odpovědnost za škody

Webové stránky firmy, software dostupný na těchto stránkách a firmware v zařízeních firmy jsou uživateli poskytovány „tak, jak jsou“ a bez jakýchkoli příslibů či záruk (výslovných či odvozených) nebo jakékoli odpovědnosti v maximální míře povolené příslušnými zákonnými předpisy. S výjimkou případů úmyslného pochybení firma nenesie odpovědnost za jakékoli škody způsobené používáním nebo v souvislosti s ním. Firma v žádném případě nenesie odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné, náhodné nebo následné škody způsobené manipulací nebo provozováním zařízení.

6. Záruka

Na zboží se vztahuje **24 měsíční záruka**. Prosíme Vás proto o uchování Vašeho účtu a v případě reklamace zaslání jeho kopie spolu s reklamovaným zbožím a popisem závady. Reklamace zjevných vad, dodaného množství nebo dodávky neodpovídající objednávce musí být uplatněna nejdéle do 5 pracovních dnů od dodání zboží. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Reklamačním místem je hlavní provozovna:

SEA spol. s r.o.

Dolnoměcholupská 1537/21

102 00 Praha 10, tel. 272700058

e-mail: obchod@seapraha.cz

Reklamaci nelze vyřídit jako oprávněnou, pokud je závada způsobena nadměrným opotřebením, nedodržením provozních parametrů, nedodržením pokynů v návodu k obsluze, zásahem do zařízení nebo neodbornou manipulací, nebo vyšší mocí (blesk, voda).



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

s ustanoveními nařízení vlády č. 17/2003Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na el. zař. nízkého napětí a nařízení vlády č. 616/2006 a nařízení vlády č. 481/2012/Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

My SEA, spol. s r.o., Dolnoměcholupská 1537/21, CZ 102 00 Praha 10, IČ: 47117931 (výrobce) prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek typ eSTUDNA2-KABxx je ve shodě s následujícími normami:

Bezpečnost: EN 62368-1:2004 (ČSN EN 62368-1:2011+A11-11.17)

EMC: EN 61326-1:2013 (ČSN EN 61326-1 ed.2:2013)

ROHS: EN 50581:2012 (ČSN EN 50581:2013+Z1-4.19)

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 26



Místo vydání: Praha
Datum vydání: 9.1.2026

Jméno: Ing. Vladimír Rosůlek
Funkce: ředitel

SEA s.r.o. (2)
Společnost pro elektronické aplikace
Dolnoměcholupská 21/98
CZ - 102 00 PRAHA 10 - Hostivař
tel.: 2 727 000 58 fax: 2 727 004 18
ICO: 47117931 DIČ: CZ 47117931